

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93474

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5076

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 27/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Υγρό απολυμαντικό εύκαμπτων ενδοσκοπίων κατάλληλο για χρήση σε αυτόματο απολυμαντή OLYMPUS ETD PAA (ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4,5LIT)

Να είναι κατάλληλο απολυμαντικό, απόλυτα συμβατό με τους αντίστοιχους αυτόματους απολυμαντές εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ETD PAA τους οποίους διαθέτει το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να αναφερθεί η χημική σύνθεση. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS ETD PAA, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. Να διατίθεται σε δοχείο των 4,5 λίτρων και να φέρει σήμανση CE. Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τα προσφερόμενα είδη 2 και 3 καθώς θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους ομοιογενούς λειτουργίας.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50047	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΤΔ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS			10
ΣΥΝΟΛΑ:				10