

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93480
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5081
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 27/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ-Τα μπαλόνια αγγειοπλαστικής να είναι ημιδιατατά (semi-compliant) και ενδείκνυνται για την αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA).
- Να διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλό προφίλ εισόδου (0.017") 0.41 mm αλλά και να διαθέτει σε ποικιλία διαμέτρων και μήκων, που τα καθιστούν ιδανικά για αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA).
-Να διαθέτουν ακτινοσκοιερούς δείκτες.
-Να είναι διαθέσιμα με καλωδιακό σύστημα κατεύθυνσης OTW και με σύστημα ταχείας εναλλαγής (RX / MONORAIL)
-Το σύστημα ταχείας εναλλαγής (RX / MONORAIL) να έχει προφίλ εισόδου βλάβης που ξεκινά από 0.41 mm (0.017"), και να διατίθεται σε πληθώρα διαμέτρων και μηκών.
-Να διατίθεται σε ελάχιστο διαμέτρους: 1.25 έως 4.00 mm και σε μήκη: 6 έως 30 mm.
-Με καλωδιακό σύστημα κατεύθυνσης, Over-The-Wire (OTW) να έχει προφίλ εισόδου βλάβη που ξεκινά από 0.41 mm (0.017"). Συγκεκριμένα:
Να διατίθενται σε διαμέτρους: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 250, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3,75, 4.00, 4.50, 5.00, 5,50 mm και σε μήκη: 6, 12,15,20,25,30,40 mm ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48734	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (NON - COMPLIANT) & (SEMI - COMPLIANT)		300	
ΣΥΝΟΛΑ:			300	