

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 29/07/2026

Σελίδα: 1 από: 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93559
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5149
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 29/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες διαμέτρου 31 mm, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,2mm με μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης μέσω πλαστικής ροδέλας στην κεφαλή, με ισχυρά κλιπς 3-D τεχνολογίας σχηματισμού από κράμα τιτανίου και με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλεισης κλιπ από 1,5-2,2mm για όλους τους τύπους ιστών. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 64/5-8-2021 ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Π.Υ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΧ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43664	ΕΥΘΥΓΡ. ΚΑΙ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛ. ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΔΙΑΜ. 33162200-5 ΚΕΦ. 31 mm		7	
ΣΥΝΟΛΑ:			7	