

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

KENTPO KOCTOYΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Αποστειρωμένος, με ενδείξεις αποστείρωσης στην συσκευασία του, μιας χρήσης, κατάλληλος για στοματοτραχειακή διασωλήνωση, κατασκευασμένος από PVC.
2. Να φέρει αεροθάλαμο (cuff), κυλινδρικού σχήματος, μεγάλου όγκου, (high volume) και χαμηλής πίεσης, (low pressure).
3. Να διαθέτει πλαγία οπή, (Murphy eye), ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας.
4. Να είναι κεκαμμένος (προκυρτωμένος)-προδιαμορφωμένος, με κλίση προς το σώμα του ασθενούς, ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα τσακίσματος του ενδοτραχειακού σωλήνα κατά την επέμβαση.
5. Να διαθέτει συνεχή, λευκή, ακτινοσκοπική γραμμή, έως το κατωφερέστερο άκρο του, η οποία να μην διακόπτεται από την οπή Murphy.
6. Να έχει βέλτιστη αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο, η οποία να κυμαίνεται από 1,32 έως 1,34, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή ενδοτραχειακού σωλήνα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάμετρο.
7. Να αναγράφονται στον κατάλογο του προϊόντος από τον κατασκευαστικό οίκο, η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος του σωλήνα. Ο κατάλογος του προϊόντος από τον κατασκευαστικό οίκο να κατατεθεί. 8. Να διαθέτει αποσπώμενο συνδετικό 15mm.
9. Το συνδετικό να φέρει και στις δύο πλευρές του, συμμετρικές εγχοπές για την ασφαλή, εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του οδηγού μπαλονιού, (pilot cuff), προκειμένου να αξασφαλίζονται, τόσο η πρόσβαση σε αυτό όσο και η ακεραιότητα, χωρίς πιθανότητα τσακίσματος του σωληνίσκου του αεροθάλαμου.
10. Ο αεροθάλαμος, (cuff0), να ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι, (pilot cuff), στο οποίο να αναγράφεται το νούμερο του ενδοτραχειακού σωλήνα για την εύκολη και την άμεση αναγνώριση του μεγέθους τού.
11. Ο σωληνίσκος που συνδέει τον αεροθάλαμο (cuff) , με τον εξωτερικό αεροθάλαμο, (οδηγό μπαλόνι-pilot cuff) ελέγχου της πίεσης του αεροθαλάμου να εξέρχεται ασφαλώς από το τοίχωμα του σωλήνα, όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το συνδετικό 15mm και να μην διατρέχει το μήκος του σωλήνα.
12. Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη εσωτερικής διαμέτρου από 5.0mm έως 9.0mm ανά 0.5mm
13. Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45606	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF 6,5mm		20	
45607	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF 6mm		20	
45608	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΜΕ CUFF Νο 7mm		50	
45934	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΜΕ CUFF Νο 7,5		50	
46169	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΜΕ CUFF Νο 8		50	
46356	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 8,5mm ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF		10	
ΣΥΝΟΛΑ:			200	