

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93592

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5181

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 30/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: NON WOVEN 60X60, ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ,ΒΑΡΟΥΣ 52gr/m2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΑΠΑΛΟ,ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ .ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ,ΑΙΜΑ κλπ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ,ΑΠΑΛΟ,ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ) . ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (TECHNICAL DATA SHEET) ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ISO 9001 ΚΑΙ ISO 11607 ΚΑΙ EN868-2,ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ I SUPPLIES.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46401	ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 60X60		4000	

ΣΥΝΟΛΑ: 4000