

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93639

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5224

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 03/08/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 6Χ9

ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΟΣΜΟ.ΑΓΕΥΣΤΟ, ΜΗ

ΤΟΞΙΚΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΟ (ΠΛΑΣΜΑ, ΑΤΜΟ 138 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ),

ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΩΝΕΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΜΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ, ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ

ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΜΟΣ, ΜΗ ΣΥΓΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ

ISO 13485 (ISO 10993 ΚΑΙ USP VI)

ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2000μείτρα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΜΕΤΡΙΑ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44611	Λάστιχο σιλικόνης όλα τα μεγέθη για αναρρόφηση για ιατρική χρήση		10000	
ΣΥΝΟΛΑ:			10000	