

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93634

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5219

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 03/08/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΕΡΓΑΣΤ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ:

- Να είναι φτιαγμένη από ύφασμα συνθετικό με επικάλυψη πολυουρεθάνης.
- Να είναι αδιάβροχη(100%) με ειδική αντιμικροβιακή προστασία .
- Να έχει την ικανότητα επιμήκυνσης (ελαστικότητα).
- Να είναι αεροδιαπερατή και να διαπερνάται από τους υδρατμούς ώστε να προστατεύεται το δέρμα του ασθενούς.
- Να μην περιέχει PVC, φορμαλδεΰδη ή άλλες τοξικές ουσίες.
- Να είναι χαμηλής αναφλεξιμότητας.
- Να πλένεται με τα κοινά απορρυπαντικά του νοσοκομείου.
- Να υπάρχει φερμουάρ στις 3 πλευρές της θήκης για άνετη τοποθέτηση και αφαίρεσή της.

• Διαστάσεις 70cm X 200cm, τεμάχια 8

• Διαστάσεις 80cm X 200cm τεμάχια 4

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51735	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ			12

ΣΥΝΟΛΑ:

12