

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93172
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4797
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας μπαλόνι αγγειοπλαστικής, semi compliant, να φέρει φαρμακευτική ουσία πακλιταξελης, εξαιρετικά χαμηλού προφίλ για διέλευση και στις πιο απαιτητικές βλάβες. Η παραμένουσα έκλυση του φαρμάκου να διαρκεί έως και 30 μέρες μετά την εκπτυξη του μπαλονιού και να διαθέτει επικάλυψη με το έκδοχο BTHC Butyrl Tri Hexi Citrate. Να διαθέτει 2 markers, να είναι συμβατό με καθετήρα 5F, με διάμετρο εγγύς άκρου 1.9F και διάμετρο άπω άκρου 2.8 F, και να διατίθεται σε μήκη από 10 έως 30mm και διαμέτρους από 2.0 έως 4.0mm.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50567	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ			3
50567	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ			4
50567	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ			2
50567	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ			4
50567	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ			2
ΣΥΝΟΛΑ:				15