

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93631

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5216

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 03/08/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΡΟΛΟ ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 300X200.

ΤΟ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 70 GR/M ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DIN 58953 ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΠΑΧΟΥΣ 12μ/50m ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ.

ΝΑ ΕΧΕΙ PEEL OFF ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (peel arrow)  
ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΜΗ ΤΟΣΙΚΟΙ  
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΥΚΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  
ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ

ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ.

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ.**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ          | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| 51217     | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ |     |                    | 2                     |

ΣΥΝΟΛΑ:

2