

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ. Να είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό φιλμ πολυουρεθάνης και non woven υλικό. Να είναι αεροδιαπερατό, αδιάβροχο, διαφανές. Να διαθέτει υποαλλεργικό κολλητικό υλικό, χωρίς λάτεξ. Να διαθέτει σχισμή. Να διαθέτει δυο επιπλέον ταινίες στερέωσης. Να επιτρέπει μια εξαιρετικά ανθεκτική στερέωση της βελόνας ενδοφλέβιας χορήγησης. Να παρέχει αξιόπιστη προστασία από το νερό, τα σωματίδια, τα βακτηρίδια και, ταυτόχρονα, να διασφαλίζει βέλτιστο οπτικό έλεγχο στο σημείο εισόδου της βελόνας. Να εφαρμόζεται εύκολα με ελάχιστες κινήσεις και να διαθέτει αριθμό των βημάτων τοποθέτησης. Να αφαιρείται με ανώδυνο τρόπο. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες ως επίθεμα φλεβοκαθετήρα για περιφερικές κα κεντρικές γραμμές. Να είναι ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο. Να έχει διαστάσεις 7x9 cm και 10x12 cm. Να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 13726-2 (MVTR-ρυθμός μετάδοσης υδρατμών υγρασίας), EN 13726-3 (Waterproofness-Στεγανότητα) ISO 10993-1:2018, σύμφωνα με την οδηγία EU 2017/745. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47686	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΟΘΩΝΙΟ	33662100-9	2000	
ΣΥΝΟΛΑ:			2000	