

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93427

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5032

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Τ.Α ΜΕ ΑΜ 670694

1. ΒΕΛΟΝΑ 18G 0.038'' 7CM ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
2. ΘΗΚΑΡΙ ΑΒΑΝΤΙ 7FR 11CM ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2)
3. ΘΗΚΑΡΙ ΒΡΙΤΕ ΤΙΡ 7F ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ J-TIP ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΡΜΑ EMERALD AMPLATZ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
6. ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ANGLED ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
7. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ VERT ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIG SUPER TORQUE ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
9. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO MP A1 5FR ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
10. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO USL ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
11. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
12. ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ (STENT) ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΜΕ ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L605, ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ePTFE ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 180μm. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ OTW 0.035'', ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ 6F (ΣΤΑ STENTS 7.0, 8.0MM) ΚΑΙ 7F (ΣΤΑ STENTS 9.0, 10.0MM) ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ 75CM. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΟΕΚΛΗΡΩΣΗ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10MM x 57mm x 75cm. ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
13. ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.00mm x 57mm x 75cm. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (STENT GRAFT), ΜΕ ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (CoCr) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L605, ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΠΡΟ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΣ ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ePTFE ΠΑΧΟΥΣ 203μm ± 25μm. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ OTW 0.035'', ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΩΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ 6F (ΣΤΑ STENT GRAFT 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm) ΚΑΙ 7F (ΣΤΑ STENT GRAFT 9.0, 10.0 mm), ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1).

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41965	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ τύπου VERT	33141200-2	1	
43278	ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ COVER-STENT ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ		3	
43758	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ		6	
45730	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 20-30ATM		2	
47430	ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ		4	
47712	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ		3	
50531	βελόνα παρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας		2	

ΣΥΝΟΛΑ:

21