

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υ

Θηκάρι πρόσβασης μίας χρήσης για την προσέγγιση νεφρού με θύρα αναρρόφησης με οπή ελέγχου και δοχείο με ειδικό φίλτρο συλλογής λίθων, χωρητικότητας 200ml. Να διαθέτ αποσπώμενο σύστημα κλειδώματος του εσωτερικού μέρους, έλασμα σφράγισης εισόδου και ειδικό δακτύλιο συγκράτησης και χειρισμού. Να έχει πλήρως ακτινοσκιερό σώμα και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο μη ακτινοσκιερό, με δυνατότητα ελεγχόμενης κάμψης κατά τ ουρητηρονεφροσκόπηση. Να είναι υδρόφιλο με ειδικά ενισχυμένο πυρήνα κατασκευασμένο από σπιράλ για μέγιστη ευκαμψία και ανθεκτικότητα στα 2/3 του σώματος, ενώ στο υπόλοιπο 1/3 η σύστασή του να είναι πιο ελαστική και πλέον ατραυματική για χειρισμούς εντός του νεφρού. Ο αυλός να έχει επικάλυψη PTFE. Να διατίθεται με κανά εργασίας 9,5fr, εξωτερική διάμετρο 11.5 fr και μήκη 35εκ.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ-ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44882	Υδρόφιλο θηκάρι εισαγωγής , ουρητηροσκόπιου, νεφροσκόπιου, κυστεοσκόπιου		15	
ΣΥΝΟΛΑ:			15	