

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93731

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5304

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/08/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ - ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να αποτελείται από υλικό πυκνής ύφανσης.

Να είναι αντιαλλεργικό Latex-free.

Μιας χρήσης

Οι περισκελίδες να αποτελούνται από τέσσερις (4) θαλάμους οι οποίοι να παρέχουν την μέγιστη ενίσχυση της ροής του αίματος (να αποδεικνύεται με επιστημονική μελέτη)

Να λαμβάνει πίεση ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, το οποίο παραδίδεται στο νοσοκομείο ως συνοδός εξοπλισμός (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ), η πίεση θα λαμβάνει τιμές από 50mmHg- 60mmHg ή 45mmHg.

Ο κύκλος συμπίεσης - παύσης - αποσυμπίεσης να διαρκεί 1 λεπτό.

Να διαθέτει ασφάλιση τύπου Velcro γύρω από το πέλμα και τη γαστροκνημία.

Οι περισκελίδες να φέρουν (4) τέσσερις υποδοχείς σύνδεσης με τα καλώδια της με χρωματική ή αριθμητική κωδικοποίηση ώστε να πραγματοποιείται η σύνδεση με ακρίβεια και ασφάλεια

SMALL 80

MEDIUM 70

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53283	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗ-ΠΕΛΜΑΤΟΣ			150
ΣΥΝΟΛΑ:				150