

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93775

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5347

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/08/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΡΙΔΙΖΟΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΒΙΔΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΗΨΕΩΝ ΜΕ C-ARM, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ CLIP-ON REMOTE CONTROL. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΣΗΣ ΜΕ 3D C - ARM ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ. ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΟΥ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51437	ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΙΣΤΙΚΑ ΙΡΙΔΙΖΟΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΜΧ			3

ΣΥΝΟΛΑ:

3