

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για τις ανάγκες της κλινικής μας θα χρειαστούμε (4) ΤΕΜΑΧΙΑ από το παρακάτω υλικό ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

- Να είναι από πολυεστέρα
- Να διατίθεται σε διαμέτρους σώματος 18mm, σκελών 9mm αντίστοιχα
- Να διαθέτει ύφανση Knitted-Double velour
- Να διαθέτει γραμμές ορθής τοποθέτησης
- Με ενσωματωμένο βόδιο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας
- Με την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα (~μηδενική) (maximum 0,1 ml/cm2/min @ 120mmHg) η οποία να πιστοποιείται από το prospectus/φυλλάδιο οδηγιών
- Να προσφέρουν δυνατότητα εμποτισμού με οποιοδήποτε αντιβιοτικό
- Με αποστείρωση ΕΤΟ για να μην αλλοιώνονται οι ιδιότητες του κολλαγόνου
- Να είναι πιστοποιημένα με FDA

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44023	Διχαλωτά μοσχεύματα από DACRON (διαμ. από 14x7 έως 22x11 χιλ. και μήκ. από 40-50 εκ.)			4
ΣΥΝΟΛΑ:				4