

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92132

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4074

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: - ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ. ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΣΤΟΥΛΕΣ, IN STENT OCCLUSIONS, BYPASSES, ACUTE, SUBACUTE, CHRONIC OCCLUSIONS. Η ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1cm/sec ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 0.18', 0.25' ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ NITINOL ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 85, 110, 135cm. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑ ΑΠΟ 3mm ΕΩΣ ΚΑΙ 12mm. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000 RPM, ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟ 7-12mm, ΜΕΓΕΘΟΣ 10F, ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 85cm ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0.025, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)

- Συσκευή PTA καθετήρα μπαλόνι με επικάλυψη φαρμάκου Πακλιταξέλης και δακτυλίου σήμανσης GeoAlign, διάμετρος μπαλονιού: 9mm, μήκος μπαλονιού: 60MM μήκος καθετήρα: 75cm

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41964	Καθετήρες μηχανικής περιστροφικής αθηρεκτομής αγγείων	33141200-2	1	
50567	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΚΛΙΤΑΣΕΛΗΣ		1	
ΣΥΝΟΛΑ:			2	