

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εύκαμπτο Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο Μ/Χ ορισμένης διάρκειας, χαμηλού βάρους, διαμέτρου 7,5 Fr, κυλινδρικό εξωτερικό περίβλημα χωρίς πτυχώσεις, ειδικά στις περιοχές της κάμψης. ΝΑ διαθέτει κουμπί ρυθμιζόμενης αναρρόφησης.Να διαθέτει κανάλι εργασίας διαμέτρου 3,6 Fr με βαλβίδα σταθεροποίησης των εργαλείων ή της ίνας του Laser και χωριστή υποδοχή πλύσεων.Να διαθέτει κανάλι εισαγωγής εργαλείων σε απόλυτη ευθεία (δεν γωνιάζει και τα εργαλεία δεν τσακίζουν). Διαθέτει luer connector και αποσπώμε luer lock για έκπλυση Η εργονομική λαβή τύπου μπανάνας με το καλώδιο να ξεκινά εργονομικά από το κάτω μέρος,να είναι κατάλληλη για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες μ την εισαγωγή των υλικών να πραγματοποιείται απεικονιστικά στην 3η ώρα.Η εργονομικ λαβή να διαθέτει δύο κουμπιά επιλογής λειτουργιών (επιλογή από λήψη φωτογραφίας, ZOOM, VIDEO, αύξηση φωτεινότητας,White balance , freeze). Να διαθέτει υψηλή ανάλυ HIGH DEFINITION imaging 1920*1080 pixels, διπλό led φωτισμού στο άκρο, βάθος πεδίο από 3 έως 50 mm, γωνιώσεις 270 μοίρες και από τις 2 πλευρές και εύρος 120 μοίρες.Ν έχει μήκος εργασίας 650mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο MONITOR του χειρουργείο με διάφορες εξόδους όπως DVI, SDI, HDMI και ταυτόχρονα επιτρέπει την αποθήκευση εικόνων και video σε usb εξωτερικό δίσκο.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50064	ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ			7
ΣΥΝΟΛΑ:				7