

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οικονομικά Στοιχεία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

- Να είναι πλήρες, καινούριο, αμεταχειρίστο, τελευταίας τεχνολογίας.
- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Να είναι κατάλληλο για μέτρηση σε ενήλικες.
- Να είναι εύκολο και απλό στην χρήση.
- Να απεικονίζονται ψηφιακά οι εξής μετρήσεις :
 - Να έχει Τεχνολογία PAD (Ανίχνευση Αρρυθμίας)
 - Συστολική πίεση
 - Διαστολική πίεση
 - Αριθμός καρδιακών παλμών
- Να διαθέτει περίπου 30 μνήμες με ημερομηνία και ώρα
- Να διαθέτει διακόπτη ON/OFF και μπουτόν START.
- Η λήψη της πίεσης να γίνεται αυτόματα και χειροκίνητα κατ' επιλογή του χρήστη.
- Να διαθέτει ακουστικούς και οπτικούς συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους.
- Άνετη περιχειρίδα για όλα τα συνήθη μεγέθη βραχίονα (22-42cm) και από υλικό κατασκευής τέτοιο που να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα και χωρίς να παρουσιάζονται αλλοιώσεις.
- Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας.
- Να παραδίδεται με όλα του τα παρελκόμενα έτοιμο προς χρήση.
- Η ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος να είναι συμβατή με τα Ελληνικά πρότυπα ηλεκτρικών τάσεων.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, ποιότητας κατασκευής και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 χρόνια και κάλυψη συντήρησης και ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία που να βεβαιώνεται εγγράφως από το κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μια δεκαετία.
- Να φέρει αριθμό πιστοποίησης από επίσημο φορέα για το συγκεκριμένο μοντέλο.
- Απαραίτητη η προσφορά δείγματος για δοκιμή και αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	7131 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΟΧΙ	60
7131				

ΣΥΝΟΛΟ: 60