

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: SET ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1.ΛΑΣΤΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3μ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm, ΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΥΡΤΩΣΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FUNNELS 2.ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm, ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ.ΜΕ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΙΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΘ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44124	Ρύγχη αναρρόφησης μ.χρ.αποστειρωμένα με σωλήνα		1000	
ΣΥΝΟΛΑ:			1000	