

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σετ κατάλυσης με χρήση ενέργειας παλμικού πεδίου (Pulsed Field Ablation) για την απομόνωση και χαρτογράφηση των πνευμονικών φλεβών.

Το σετ να αποτελείται από:

-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PFA ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (BASKET & FLOWER) κατάλληλος για τ απομόνωση και χαρτογράφηση

των πνευμονικών φλεβών σε περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής με διάμετρο 31mm και 35mm. Ο καθετήρας να έχει εξωτερική διάμετρο 12.8F και συνολικό μήκος 115cm και να έχει την δυνατότητα εναλλαγής σχήματος (Basket ή Flower). Να διαθέτει 20 ηλεκτρόδια, απ οποία τα 5 να χρησιμεύουν για ανίχνευση σημάτων και τα υπόλοιπα για την δημιουργία ηλεκτρικού παλμικού πεδίου.

-ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PFA ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΛΜΩΝ

-ΘΗΚΑΡΙ ΠΗΔΑΛΙΟΧΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ, συμβατό με τον καθετήρα PFA μεταβαλλόμενου σχήματος για απομόνωση των πνευμονικών φλεβών σε περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής. Να διαθέτει διάφανο σώμα, ώστε να διευκολύνει στο εντοπισμό των φυσαλίδων και η εσωτερική του διάμετρος να είναι 13F. Να έχει την δυνατότητα να καμφθεί προς μια κατεύθυνση (unidirectional) και να έχει ακτινοσκοπικό marker στο απώτερο άκρο του. Το χρησιμοποιούμενο μήκος του θηκαριού να είναι 74cm.

-Το αυτοκόλλητο αναφοράς για χρήση με το σύστημα χαρτογράφησης.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ			1
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ			1
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ			1
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ			1
ΣΥΝΟΛΑ:				4