

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Θηκάρι μεγάλου μήκους διπλής μεταβαλλόμενης καμπυλότητας 0-1800

- Να έχει διάμετρο 8.5F και μήκος χρήσης μεγαλύτερο από 70 cm.
- Να διαθέτει ακτινοσκιερό άπω άκρο από υλικό πλατίνα και ιρίδιο.
- Να διαθέτει σύρμα μήκους 180 cm και διαμέτρου 0.032''.
- Να είναι διπλής καμπυλότητας με την πρώτη καμπύλη 0-90ο και την δεύτερη 0-180ο.
- Σε μέγιστη κάμψη, η διάμετρος καμπυλότητας να είναι 17mm, 22mm και 50mm.
- Η εφαρμογή μεταξύ διαστολέα και θηκαριού να παρέχει ομαλή μετάβαση στον αριστερό κόλπο μέσω της διατοιχωματικής παρακέντησης.
- Να διαθέτει χειριστήριο ρύθμισης της καμπυλότητας με μηχανισμό αυτόματης διατήρησης αυτής.
- Να διαθέτει ενδείξεις φορές καμπυλότητας και ευθειασμού.
- Ο διαστολέας να διαθέτει έντονα ακτινοσκιερό άπω άκρο που παρέχει καλύτερη απεικόνισή του στην ακτινοσκόπηση και στους υπερήχους.
- Μέσω του χειριστηρίου να παρέχεται ακρίβεια στρέψης, καμπυλότητας και διατήρησης αυτών.
- Το θηκάρι να είναι κατασκευασμένο με εσωτερικό πλέγμα στο υλικό του για ακριβέστε χειρισμό.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45191	Ειδικό Πηδαλιοχούμενο θηκάρι διπλής μεταβαλλόμενης καμπύλης για σταθεροποίηση καθετήρων κατάλυσης και για διαφραγματοστομία.	33184500-8	5	
ΣΥΝΟΛΑ:			5	