

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93868

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5414

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/08/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: P1. Να είναι ρινικά γυαλάκια O2 με κεκκαμένα άκρα (prongs) με δυνατότητα μέτρησης τελοεκπνευστικού(ETCO2). Να φέρει σωλήνα οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 2,10μ και σωλήνα τουλάχιστον 2,10μ καπνογραφίας με βιδωτό άκρο για σύνδεση στο μηχάνημα και μεγάλο φίλτρο. Να δύναται να συνδεθούν με επιπλέον προέκταση ώστε να αυξηθεί το μήκος τους άνω των 3.5 μέτρων χωρίς να μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

2. Να φέρουν σταθεροποιητή για αυξομείωση τού ύψους τοποθέτησης και συνδετικό O2 για το μηχάνημα.

3 Να είναι από απολύτως ατραυματικό μη τοξικό υλικό, μαλακό στην επαφή με τον ασθενή

4 Να είναι κατασκευασμένα χωρίς PVC και LATEX (PVC Free, Latex Free) και να είναι πολύ ελαφριά, με πιστοποίηση από το επίσημο προσπέκτους τού κατασκευαστή (ανιχνεύσιμο στο διαδίκτυο)!

5. Να είναι μίας χρήσης και να προσφέρονται σε μεγέθη ενηλίκων και παιδών.

6. Να κατατίθενται η συμμόρφωση τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις» και ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τού κατασκευαστικού οίκου και τής προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ88/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β' /16.01.2004).

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45513	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		800	
ΣΥΝΟΛΑ:			800	