

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας μπαλόνι ενδοαγγειακής μηχανικής λιθοτριψίας που αποτελείται από πολλαπλές σειρές ημισφαιριδίων από ατσάλι τα οποία διανέμονται σε όλη την επιφάνεια του μπαλονιού με σκοπό την ατραυματική διάσπαση της αθηρωματικής πλάκας με τη χρήση τη τεχνολογίας Hertz Contact Stress method of lithotripsy. Ο καθετήρας μπαλόνι να διαθέτει: καθετήρα RX με μπαλόνι από μείγμα nylon (Nylon copolymer), μήκος καθετήρα 140cm, χαμηλό προφίλ εισόδου 0,43mm, 2 ακτινοσκοιούς δείκτες πλατίνας -ιριδίου, γ την ακριβή τοποθέτηση αυτού, Εξωτερική διάμετρο καθετήρα OD: άπω άκρου 0,89mm, ενδιάμεσου 0,85mm, εγγύς άκρου 0,65mm. Μέγιστη ασφαλή πίεση 12 ATM. Να είναι συμβατό με σύρμα 0,014" & 6F και 7F οδηγό καθετήρα (ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 1,80mm). Το άπω άκρο του καθετήρα που περιλαμβάνει το μπαλόνι και τα ημισφαιρίδια έχει υδρόφιλη επικάλυψη διευκολύνοντας την πρόσβαση στο σημείο της βλάβης. Να διατίθεται σε διαστάσεις από 2.50 έως 4.00 mm και μήκος μπαλονιού 14mm.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΡΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ			4
ΣΥΝΟΛΑ:				4