

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ SUTTER BM780ii ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Να είναι διπολικό ηλεκτρόδιο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης των κάτω ρινικών κογχών με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 3m.

Να διαθέτει κεκκαμένα άκρα για την καλύτερη προσέγγιση στο χειρουργικό πεδίο.

Να διαθέτει μήκος εργασίας 110mm.

Οι ακίδες του ηλεκτροδίου να είναι μερικώς μονωμένες.

Να είναι μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία.ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43515	Ηλεκτρόδια διπολικά σχάσεως εξάχνωσης		20	
ΣΥΝΟΛΑ:			20	