

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94127

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5663

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 02/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΜΕΠΚ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: φίλτρα servo duo quard, κατάλληλο για χρήση με αναπνευστήρες MAQUET SERVO-1. Να διαθέτει φίλτρο hepa επιφάνειας τουλάχιστον 950 cm² και απόδοσης 99.9999% για βακτήρια/ιούς. Να διαθέτει επιπρόσθετο ηλεκτροστατικό φίλτρο για τη συλλογή των υπολειμμάτων νεφελοποίησης ασφαλούς χρήσης για 48 ώρες /6 κύκλους νεφελοποίησης. Να είναι ελεγμένο για την αποτελεσματικότητά του και διαρροές κατά ISO 23328-1:2003. Να διαθέτει μέγιστο εσωτερικό όγκο 180 ml. Να είναι η αντίσταση ινδουκσίας 100% < 1 Ω cm H₂O στα 30 LPM < 2 Ω cm H₂O στα 60 LPM < 4 Ω cm H₂O στα 120 LPM

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53292	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MAQUET SERVO-i			100

ΣΥΝΟΛΑ: 100