

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94228

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5759

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 08/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΟΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Για τον ασθενή με ΑΜ: 947334. Χρήζει θεραπείας από σύστημα αρνητικής πίεσης μίας χρήσης για συνεχόμενη θεραπεία έως 30 ημέρες αποτελούμενο από:

1) Φορητή και ελαφριά συσκευή χωρίς κάνιστρο με βάρος το πολύ 150 gr και διαστάσεις μικρότερες από 85mm x 85mm x 25mm με προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 30 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του. Να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mm Hg σε συνεχή ροή. Να φέρει 3 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας και ένδειξη διαρροής. Να συνοδεύεται από 6 μπαταρίες 3AA για συνεχομένη λειτουργία ΤΕΜΑΧΙΟ 1 (ένα).

2) Τα αναλώσιμα επιθέματα να απορροφούν το εξίδρωμα χωρίς να χρειάζεται κάνιστρο μέχρι και 300ml ανά εβδομάδα θεραπείας. Να αποτελούνται από : - σε επαφή με το τραύμα να φέρουν υπεραπορροφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχο υ καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδροινώδους τεχνολογίας 8 επιπέδων. - περιμετρικά από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης - αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης - φιλμ πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής. Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία. Κάθε ατομική συσκευασία επιθέματος να περιέχει ταινίες στερέωσης για την επίτευξη της

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53670	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			1

ΣΥΝΟΛΑ:

1