

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94199
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5732
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 07/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να είναι φτιαγμένη απο ύφασμα συνθετικό με επικάλυψη πολυουρεθάνης.

Να είναι αδιάβροχη (100%) με ειδική αντιμικροβιακή προστασία.

Να έχει την ικανότητα επιμήκυνσης (ελαστικότητα).

Να είναι αεροδιαπερατή και να διαπερνάται απο τους υδρατμούς ώστε να προστατεύεται το δέρμα του ασθενούς.

Να μην περιέχει PVC , φορμαλδεύδη ή άλλες τοξικές ουσίες.

Να είναι χαμηλής αναφλεξιμότητας.

Να πλένεται με τα κοινά απορρυπαντικά του νοσοκομείου.

Να υπάρχει φερμουάρ στις τρεις πλευρές της θήκης για άνετη τοποθέτηση και αφαίρεσή της.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 210 cm μήκος χ 90 cm πλάτος χ 12 cm πάχος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51735	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ		100	
ΣΥΝΟΛΑ:			100	