

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94222

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5755

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 08/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΝΠ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΜ. 946452 ΧΡΗΣΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΤΕΡΝΑΣ : ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ LARGE 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 260mm x 150mm x33 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΚΑΘΕ ΣΠΟΓΓΟΥ 2 ΤΕΜ ΦΙΛΜ ΓΙΑΝΑ ΚΛΕΙΣΙΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ Τ ΤΡΑΥΜΑ,1 ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΩΛΗΝΕΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΛΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ.Ο ΚΑΘΕ ΣΠΟΓΓΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΕΤ.ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΛΛΥΜΑ 1000ML ΜΕ ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΜΠΕΤΑΙΝΗ.2)ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1000ML ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΖΕΛΑΤΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ML.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.ΤΕΜ 4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1)ΕΥΡΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 0-200 mmhg 2)ΕΧΡΩ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ lcd 7.3)ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 81/min.4)ΡΟΗ ΕΝΣΤΑΛΛΕΣΗΣ 81/min.5)εΝΔΕΙΞΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ.6 ΤΡΟΠΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 12 ΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51642	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ	33140000-3	4	
52175	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ		4	
ΣΥΝΟΛΑ:			8	