

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94188
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5721
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 07/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - AIDS
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αισθητήρας ελέγχου υπέρβασης θερμοκρασίας για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10°C. Να είναι μικρών διαστάσεων, έως 4εκ μήκος και 2 εκ πλάτος, με κατάλληλο αυτοκόλλητο για χρήση επι ασκών αίματος.

Να διαθέτει κομβίο ενεργοποίησης της λειτουργίας του αισθητήρα. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας να υποδεικνύεται με χρωματικό κώδικα σε ξεχωριστό σημείο αποτύπωσης επι της ετικέτας (παράθυρο επιβεβαίωσης). Παράθυρο επιβεβαίωσης υπέρβαση της θερμοκρασίας άνω των 10°C με δυνατότητα αποτύπωσης από 30 λεπτά έως και 3 ώρες, με χρωματική υπόδειξη. Να είναι μίας χρήσεως και επι εκάστης ετικέτας να υπάρχει το lotnumber του κατασκευαστή. Η ετικέτα να διαθέτει CEmark - ISO9001:2015

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53787	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΛΚΡΑΣΙΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ		1000	
ΣΥΝΟΛΑ:			1000	