

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **ΔΩΔΕΚΑ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ****ΜΗΚΟΥΣ Ε!Σ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙ(ΕΣ**

- Πλήρες σετ κυκλώματος αναισθησίας ενηλίκων.
- Να είναι latexfree και να υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στην συσκευασία.
- Να είναι μίας χρήσης, ελαφρύ, μήκους έως 5 μέτρων, με σωλήνες διαμέτρου 22mm.
- Να περιλαμβάνει:

1. (ύο σωλήνες προσαρμόσιμου μήκους έως και 3μέτρων συνδεδεμένους με μη αποσπώμενο συνδετικό Υ.

2. Δύο σωλήνες προσαρμόσιμου μήκους έως και 2μέτρων.

3. Ένα σωλήνα ασκού προσαρμόσιμου μήκους έως 1,5 μέτρων.

4. Ένα πώμα προστασίας, τρία ευθέα συνδετικά κι ένα γωνιώδες συνδετικό με πώμα καπνογραφίας. Το πώμα πρέπει απαραίτητως να φέρει θηλιά συγκράτησης.

5. Έναν ασκό 2Lμε σύστημα μη απόφραξης. Να φέρει τις ενδείξεις latexfree και της χωρητικότητάς του σε λίτρα.

6. Το συνδετικό Υ να διαθέτει δύο θύρες πίεσης-θερμοκρασίας, οι οποίες να σφραγίζουν

κουμπωτά με σκληρά πώματα, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα να συμβεί ακούσια αποσύνδεση των πωμάτων και διαρροή από το κύκλωμα της αναισθησίας στην διάρκεια της χρήσης του.

7. Οι μακροί σωλήνες που καταλήγουν στο συνδετικό Υ να φέρουν δύο μεγάλες Υδατοπαγίδες με βαλβίδα ασφαλείας, που επιτρέπει την απόσπαση των υδατοπαγίδων για την

απομάκρυνση του συγκεντρωμένου νερού, χωρίς να διακοπεί η στεγανότητα του κυκλώματος

της αναισθησίας, ούτε να επηρεαστούν η ροή και η πίεση μέσα σε αυτό.

- Να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Οι σωλήνες να έχουν μικρή αντίστασης ροής 1,0cmH2O στα 60L/min ανά μέτρο σωλήνα

και χαμηλή ευενδοτότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5367:2000.

2. Το κύκλωμα να διατηρεί το μήκος και το σχήμα του στις επιθυμητές θέσεις που του

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΕΒΔΟΜΑΔΑ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52356	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.ΧΡ.			500
ΣΥΝΟΛΑ:				500