

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7045

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2004

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 19/08/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επαναληπτική Πιπέτα

- 1) Να έχει λειτουργία dispenser με βήματα διαμοιρασμού που να καλύπτουν εύρος όγκων 10μl-10ml.
- 2) Να επιτρέπει τον διαμοιρασμό του υγρού έως και 100 φορές χωρίς να χρειάζεται αναπλήρωση το ρύγχος.
- 3) Να διαθέτει μετρητή επαναλήψεων (step courier) και οθόνη ενδείξεων.
- 4) Να είναι κατάλληλη για τοξικά, ραδιενεργά ή μολυσματικά δείγματα.
- 5) Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης που να απενεργοποιεί την πιπέτα σε περιόδους αχρησίας για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- 6) Να διαθέτει αισθητήρα αυτόματης αναγνώρισης ρύγχους.
- 7) Να είναι κατάλληλη για δείγματα με υψηλό ιξώδες.
- 8) Να δέχεται τουλάχιστον 9 διαφορετικά ρύγχη που να καλύπτουν όγκους 1μl-10ml.
- 9) Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των προσφερόμενων ειδών καθώς και ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη διάθεση και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία.
- 10) Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τεκμηριώνονται σε φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή,
- 11) Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
- 12) Όλα τα προϊόντα να προσφερθούν με δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 10-100μl

- 1) Να έχει εύρος ρύθμισης όγκου 10-100μl.
- 2) Να διαθέτει παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με μεγέθυνση των ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον χειριστή κατά τη διαδικασία της χρήσης.
- 3) Να είναι αποστειρώσιμη στους 121oC χωρίς αποσυναρμολόγηση.
- 4) Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την καλύτερη εισαγωγή του ρύγχους.
- 5) Χαμηλή δύναμη από τον χρήστη για την εξαγωγή του ρύγχους.
- 6) Να έχει χρωματική κωδικοποίηση που να αντιστοιχεί με ρύγχη για βοήθεια του χρήστη.
- 7) Να επιτρέπει τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως της πητικότητας και της

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΥΨΗΛΗ**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ****Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧ** /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	7131	ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl	ΟΧΙ	2
12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	7131	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕ DISPENSER 10μl- 10ml	ΟΧΙ	3
12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	7131	ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20 μl	ΟΧΙ	1

ΣΥΝΟΛΟ:**6**