

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94331
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5854
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 11/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ MISTRAL-AIR MA 1200-EU

- Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την συσκευή θέρμανσης ασθενών που διαθέτει το Νοσοκομείο. Αν πρόκειται για κουβέρτες «συμβατές» με την ανωτέρω συσκευή, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης του κατασκευαστικού οίκου της υπάρχουσας συσκευής ("The 37 Company") που να επιτρέπει την χρήση των κουβερτών και να βεβαιώνει ότι οι προσφερόμενες κουβέρτες είναι απόλυτα συμβατές και ασφαλείς με την υπάρχουσα συσκευή θέρμανσης του οίκου "The 37 Company".
 - Να προσφέρουν απόλυτα ικανοποιητική διαχείριση της θερμοκρασίας με αέρα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ανάλογα με τις ανάγκες (πρόληψη υποθερμίας, επαναθέρμανση και ελάττωση θερμοκρασίας), τόσο στην διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, όσο και κατά την παραμονή των ασθενών στην ανάνηψη.
 - Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με υφασμάτινη υφή, non woven και στις δύο πλευρές τους.
 - Το κάτω στρώμα που εφάπτεται στον ασθενή να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό και ανθεκτικό.
 - Οι κουβέρτες να διαθέτουν σε όλη την επιφάνειά τους μικροπόρους ομοιόμορφης παροχής και διάχυσης της θερμότητας, ώστε να παρέχουν άμεση μετάδοση της θερμότητας στον ασθενή.
 - Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, ώστε να διαχέεται ισομερώς και ομοιόμορφα ο θερμός αέρας σε όλη την επιφάνεια του σώματος των ασθενών, αλλά και να εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργικότητά τους ακόμη και σε ενδεχόμενο σκίσιμό τους.
 - Να είναι ειδικά κατασκευασμένες ώστε να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται.
 - Να είναι ελεύθερες latex (latex free) και ελεύθερες DEHP (DEHP free).
 - Να είναι υψηλής αντίστασης στην φωτιά και να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16 CFR 1610.
 - Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα, πλήρως υδροαπωθητικές
- 1) Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων, ολόσωμη, διαστάσεων 227cm X 133cm.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48628	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΕΡΑ		200	
ΣΥΝΟΛΑ:			200	