

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94260

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5790

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 09/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ασθενή κατάλληλες για όλες τις συσκευές μέτρησης αρτηριακής

πίεσης

2. Να συνδέονται με απλό τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική ή αναλογική συσκευή, μονού ή διπλού αυλού.

3. Να διαθέτει ειδική υποδοχή ταχυσύνδεσμου Flexiport για να μπορεί να προσαρμοστεί στο σωλήνα κάθε πιεσόμετρου, ώστε η διαδικασία εναλλαγής μεταξύ διαφόρων μεγεθών να απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και μηδενική πιθανότητα λάθους σύνδεσης.

4. Να διαθέτουν σχισμή τοποθέτησης του ταχυσυνδέσμου για την αποφυγή χρήσης λάθους μεγέθους περιχειρίδας.

5. Ο σωλήνας που συνδέεται στην περιχειρίδα να δύναται να πραγματοποιήσει περιστροφή 360° χωρίς να επηρεάσει την λειτουργία της περιχειρίδας ή του πιεσόμετρου.

6. Να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να είναι αμφιδέξια.

7. Να είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό, να μην περιέχει BPA, DEHP ή PVC.

8. Να διαθέτει CE

9. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9001:2015, 13485:2016, 14001:2015, 45001:2018 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/88/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04).

10. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9001.

150 ΤΕΜΑΧΙΑ MEDIUM ΕΝΗΛΙΚΩΝ (27-38cm)

50 ΤΕΜΑΧΙΑ SMALL ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52188	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ -ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ MONITOR		200	

ΣΥΝΟΛΑ: 200