

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων, κατάλληλη για χρήση με τις ογκομετρικές αντλίες μονής χορήγησης Mindray eVP, ιδιοκτησίας του Τμήματος.

- Η συσκευή να διαθέτει:
- 1. Διατηρητικό ρύγχος με ενσωματωμένο αεραγωγό φίλτρο με πώμα.
- 2. Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου τεχνολογίας μη εισροής αέρα, για την αποφυγή της εισαγωγής αέρα στην γραμμή χορήγησης, όταν αδειάζει ο περιέκτης.
- 3. Πιεζόμενο κλείστρο για την άμεση διακοπή της ροής.
- 4. Μήκος 270 έως 320cm.
- 5. Κατάληξη σε περιστρεφόμενη σύνδεση luer-lock για την ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα και αεραγωγό πώμα στο άκρο της συσκευής για την εξαέρωση της συσκευής χωρίς την απομάκρυνση του πώματος.
- 6. Ενσωματωμένη και αυτόματη προστασία από την ελεύθερη ροή κατά την απομάκρυνση της συσκευής από την αντλία.
- 7. Διάρκεια χρήσης 96 ώρες.
- 8. Αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.
- 9. Κατασκευή ελεύθερη από latex (latex free) και ελεύθερη από πλαστικοποιητές (DEHP free).
- 10. Οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

- Οι ανωτέρω προδιαγραφές να πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα-έντυπα του κατασκευαστικού οίκου ή από δήλωση του κατασκευαστικού οίκου.
- Να αποσταλούν δείγματα του προσφερόμενου υλικού.

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ** /ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52802	ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΧ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ		600	
ΣΥΝΟΛΑ:			600	