

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53590	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ		40	
ΣΥΝΟΛΑ:			40	

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος |

Ηλικίες /Ενδεδειγμένη χρήση	Ενήλικές και παιδιά άνω των 4 ετών&στην εγκυμοσύνη
Περιοχή εισαγωγής αισθητήρα	Πίσω και άνω περιοχή του βραχίονα
Δεδομένα ακρίβειας MARD/ CEG	9.2%MARD σε ενήλικες, 9,7% MARD σε παιδιά και εφήβους <18 ετών 99,9% των αποτελεσμάτων εντός των περιοχών A&B βάσει ConsensusErrorGrid
Ηχητικές ειδοποιήσεις (alarms)	Προαιρετικές ηχητικές ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για χαμηλές και υψηλές τιμές γλυκόζης
Αποζημίωση από ΕΟΠΥΥ	Αποζημιώνεται με μηδενική συμμετοχή ασθενούς σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 άνω των 4 ετών, σε γυναίκες με διαβήτη κύησης ανεξαρτήτως θεραπευτικής αντιμετώπισης (ινσουλίνη, αντιδιαβητικά δισκία ή διαίτα) καθώς και σε άτομα με παγκρεατεκτομή ή σοβαρή πάθηση παγκρέατος (κυστική ίνωση, κακοήθη ή καλοήθη νεοπλάσματα παγκρέατος κ.α)
Βαθμονόμηση	Έχειεργοστασιακήβαθμονόμηση και δεν απαιτείται βαθμονόμηση με τρύπημα στα δάκτυλα από τον ασθενή. Η ακρίβεια παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας κάθε αισθητήρα και δεν εξαρτάται από τον χρήστη
Εφαρμογές παρακολούθησης γλυκόζης	Εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android με NFC, iOS). Παρέχεται συσκευή ανάγνωσης σε περίπτωση ασυμβατότητας του κινητού τηλεφώνου του ασθενούς με την εφαρμογή
Διαθέσιμοι δείκτες αξιολόγησης της γλυκαιμικής ρύθμισης	ΑναφοράAGP, TIR, TBR, TAR, Average glucose, GMI, CV%, SD%
Μέρη συστήματος	Αισθητήρας, κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή ή Συσκευή ανάγνωσης
Χρόνος προθέρμανσης	1 ώρα
Συχνότητα μέτρησης	Ανά1 λεπτό
Εμπειρία χρήστη	Οασθενής φοράει μόνο τον αισθητήρα και τον σαρώνει με το κινητό ή τη συσκευή ανάγνωσης. Οι ηχητικές ειδοποιήσεις λειτουργούν μέσω Bluetooth χωρίς να απαιτείται σάρωση του αισθητήρα
Διάρκεια λειτουργίας αισθητήρα	14 ημέρες
Μέγεθος αισθητήρα	Ύψος : ; έως 0,5 εκ Διάμετρος: έως 3,5 εκ

Ένδειξη για αντικατάσταση της μέτρησης γλυκόζης αίματος με τρύπημα στα δάκτυλα	Ναι. Η εφαρμογή και ο αισθητήρας έχουν σχεδιαστεί για να αντικαταστήσουν τη μέτρηση της γλυκόζης αίματος στην αυτοδιαχείριση του διαβήτη, συμπεριλαμβανομένου του Υπολογισμού της δοσολογίας ινσουλίνης.
Αλληλεπιδράσεις	Όχι
Συναγερμοί σε πραγματικό χρόνο	Ναι
Βέλη τάσης	5 βέλη τάσης
Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων	Δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων γλυκόζης και ινσουλίνης για επαγγελματίες υγείας και ασθενείς
Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για φροντιστές	– Εφαρμογή για φροντιστές των ατόμων με διαβήτη στην οποία κατόπιν συγκατάθεσής του ασθενούς κοινοποιούνται αυτόματα δεδομένα γλυκόζης και οι συναγερμοί που καταγράφονται από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο ασθενής
Σύνδεση με αντλία	Όχι