

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ

1. Οπτική 30° διαμέτρου 4mm για ουρολογική/γυναικολογική χρήση, η οποία να έχει μήκος εργασίας 282.2mm.
2. Να διαθέτει συμβατότητα με HD και 4K απεικονιστικά συστήματα.
3. Να διαθέτει συμβατότητα NBI (Narrow Band Imaging).
4. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή.
5. Να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση.
6. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυλινδρικό κυτίο προστασίας κατά την διάρκεια αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού.
7. Να είναι απολύτως συμβατή με το υπάρχον ρεζεκτοσκόπιο TURis Olympus για διουρηθρική ρεζεκτοσκόπηση υπό φυσιολογικό ορό. Επίσης, να διαθέτει χρωματικό κώδικα που να υποδεικνύει την συμβατότητα με τα ηλεκτρόδια του ρεζεκτοσκοπίου TURis Olympus του χειρουργείου.
8. Να είναι απολύτως συμβατή με το μονοπολικό ρεζεκτοσκόπιο TUR για διουρηθρική ρεζεκτοσκόπηση. Ο χρωματικός της κωδικός να είναι κόκκινος, ο οποίος υποδεικνύει ότι η κατεύθυνση θέασης είναι 30 μοίρες και ότι είναι απολύτως συμβατή με όλα τα μονοπολικά ηλεκτρόδια OLYMPUS που έχουν σχεδιαστεί για οπτικές 30 μοιρών.
9. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
10. Να διαθέτει προσοφθάλμιο που συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 58105:2000.
11. Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόμενη από την ποιοτική (οριστική) παραλαβή.