

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος KENTPO KOCTOYΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με ακίδα (βελόνη) ή χωρίς. Να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγόνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να διαθέτουν συρματα σχεδιασμού διπλης έλξης για να ενισχύεται η δύναμη λήψης του δείγματος και να επιτρέπουν στις σιαγόνες να περιστρέφονται γύρω από το στοχευμένο σημείο βιοψίας για ακριβή απόκτηση ιστού. Ο καθετήρας να διατίθεται σε μήκη 160 και 240cm τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα. Η εξωτερική διάμετρος των σιαγώνων να δύναται να είναι 2,2mm (standard capacity), 2,4mm (large capacity), 2,8mm (jumbo) και 1,8mm (gastropediatric). Το απαιτούμενο κανάλι εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,8mm (standard, large capacity), 3,2mm (jumbo) και 2,0mm (gastropediatric). Να είναι από ανθεκτικό υλικό (αustenitic stainless steel) / P30TTX, T304L Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση ΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:	Οικονομικά Στοιχεία ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Πρόσθετοι Προσδιορισμοί ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: / ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ / ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: A.M. ΑΣΘΕΝΗ:
--	---

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47740	ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ			300
ΣΥΝΟΛΑ:				300