

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εύκαμπτο ψηφιακό ουρητηροσκόπο μιας χρήσης, με ενσωματωμένη πηγή φωτός με 2 LED κα ανάλυση 160K pixel. Να έχει μήκος καθετήρα 650mm με ενσωματωμένο καλώδιο στο κάτω μέρος της λαβής, μήκους 2500mm. Να διατίθεται με καθετήρα εξωτερικής διαμέτρου 7.5 Fr, περιστρεφόμενο μέσω κομβίου κατά 120° αμφίπλευρα, κανάλι εργασίας 3.6 Fr και απεικονιστική έξοδο των εργαλείων στην 3η ώρα και 9η ώρα. Το εύρος γωνίωσης να είν 270° αμφίπλευρα, το οπτικό πεδίο 120±15 μοίρες, με βάθος πεδίου 3-100 mm και γωνία 0-10 μοίρων. Να διαθέτει μία Luer Lock υποδοχή και αντάπτορα τύπου Y. Να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα ουρολογικά εργαλεία και laser λιθοτριψίας. Να συνοδεύεται από σύστημα επεξεργασίας της εικόνας με δυνατότητα καταγραφής βίντεο και φωτογραφίας καθώς και παγώματος της οθόνης με έλεγχο από τη λαβή του ουρητηροσκοπίου με 2 ξεχωριστά κομβία. Να έχει δυνατότητα επιλογής πλαισίου απεικόνισης.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ-ΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50064	ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ			7
ΣΥΝΟΛΑ:				7