

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΩΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Το ρινολαρυγγοσκόπιο διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερική διάμετρο σωλήνα εισαγωγής 2,2 mm
- Μήκος εργασίας 350 mm
- Γωνία θέασης 120° και κατεύθυνση θέασης 0°
- Βάθος πεδίου 3-50 mm
- Δυνατότητα κάμψης άκρου 210° προς τα άνω και 210° προς τα κάτω
- Ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας CMOS για υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση
- Φωτισμό LED στο άκρο του ενδοσκοπίου για επαρκή φωτισμό του πεδίου εξέτασης.
- Σύνδεση: Συμβατό με monitor MS-8

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	7131 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ	ΟΧΙ	6
7131				
ΣΥΝΟΛΟ:				6