

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94764

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6238

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 29/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ψηφιακό χοληδοχοσκόπιο μιας χρήσης

Το Ψηφιακό χοληδοχοσκόπιο να διατίθεται σε δύο τύπους : α) με ελαστική ταινία η οποία να εφαρμόζει σταθερά στο 12δακτυλοσκόπιο και β) με ειδική εργονομική θήκη/μάρσιππο στην οποία να τοποθετείται το χοληδοχοσκόπιο και να εφαρμόζεται επάνω στο σώμα του χρήστη. Το χοληδοχοσκόπιο να διαθέτει ψηφιακό αισθητήρα λήψης εικόνας 70ο, οπτικό πεδίο υψηλής ανάλυσης 120ο (στον αέρα) με εύρος γωνίωσης >30ο & την παρελκόμενη συσκευή μέσα στο κανάλι εργασίας και κατεύθυνση οπτικού πεδίου 0 μοίρες. Να διαθέτει δυο ξεχωριστούς σωλήνες για αναρρόφηση και έκπλυση. Να φέρει ειδικό κομβίο "freeze" εικόνας, ώστε να λαμβάνει εκτύπωση ή/και να την αποθηκεύει. Να έχει δίδυμα κανάλια πλύσης και φωτισμού και να διατίθεται με κανάλι εργασίας 1,2mm και 2,0mm. Να διαθέτει περιστροφικούς μοχλούς κίνησης, με κλείδωμα, 4 κατευθύνσεων και προσαρμογέα θύρας Υ. Να διατίθεται με μήκος 650cm-220cm & εξωτερική διάμετρο 3,2mm-3,9mm. Να είναι συμβατό με κανάλι (εργασίας) ενδοσκοπίου 4,2mm. Το χοληδοχοσκόπιο, να είναι κατάλληλο για χρήση σε διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές, τόσο κατά την διάρκεια εξέτασης ERCP όσο και λαπαροσκοπικών διαδικασιών στο σύστημα χοληφόρων-παγκρέατος, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών-παγκρεατικών πόρων.

Το Ψηφιακό χοληδοχοσκόπιο μιας χρήσης να είναι συμβατό με ψηφιακή μονάδα ελέγχου

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53226	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΗΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ SPYGLASS			4

ΣΥΝΟΛΑ:

4