

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94788

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6259

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 30/09/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας μπαλόνι για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού, να διαθέτει σχεδιασμό μπαλονιού τετράγωνου σχήματος για την βέλτιστη εφαρμογή του κατά τη διέλευση από τα τοιχώματα του χοληδόχου πόρου. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό latex, να διατίθεται σε μεγέθη αυξανόμενης διαμέτρου 12-15mm . με δυνατότητα επιλογής έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, να είναι συμβατό και με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Το μπαλόνι δύναται να φέρει προφορτωμένο στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι στο RX κανάλι / αυλό του, αυξάνοντας την σκληρότητα του φέροντος καθετήρα και ενισχύοντας την ευκολία προώθησής του σε δύσκολες ανατομίες. Ο καθετήρας να είναι συνολικού μήκους 200cm, η διάμετρος του καθετήρα μπαλόνι να λεπταίνει από 7fr σε 6fr στο περιφερικό τελικό τμήμα των 7,5cm και να διαθέτει στο εγγύς άκρο ακτινοσκοπικό δείκτη θέσης. Η συσκευασία να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα διπλής ένδειξης

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44852	Καθετήρες μπαλόνια αφαίρεσης χολόλιθων			50

ΣΥΝΟΛΑ: 50