

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για εύκολο χειρισμό και αποτελεσματική ροή εργασίας

ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Για πιο εκλεπτυσμένες και ομαλότερες εξετάσεις

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ

Για άνετη εξέταση σε κάθε περίπτωση

Μεγάλο εύρος προβολής εικόνων

Η οθόνη LCD 17 ιντσών υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει την εμφάνιση εικόνων VA 0,04 έως 2,1

Η ευρεία στεφάνη εξασφαλίζει αρκετό χώρο γύρω το διάγραμμα για μείωση περιφερειακής σύντηξης. Το βασισμένο σε μικροϋπολογιστή γράφημα λειτουργεί γρήγορα μετά την εκκίνηση.

Προγραμματισμένη εξέταση

Για εύκολη διάθλαση, μέχρι τρία προγράμματα εξετάσεων μπορούν να ρυθμιστούν στο τηλεχειριστήριο ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης φωτισμού

Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί να σβήνει αυτόματα εφόσον η μονάδα είναι αδρανής για 15 λεπτά.

Τεστ αντίθεσης

Για την υποστήριξη ασθενών που έχουν υποβληθεί σε καταρράκτη ή διαθλαστική χειρουργική επέμβαση, το SC-1600Pola / 1600 έχει την ικανότητα μέτρησης της ευαισθησίας αντίθεσης σε τρία διαφορετικά επίπεδα κάτω από το κανονικό όριο.

2

Λειτουργία εμφάνισης κέντρου

Η εικόνα ενός γράμματος και μια οριζόντια / κατακόρυφη γραμμή είναι πάντα κεντραρισμέ στην οθόνη. Χαρακτήρες που εμφανίζονται σε μια οριζόντια γραμμή μπορούν να τυχαιοποιηθούν αποτρέποντας την απομνημόνευση γραμμάτων.

Λειτουργία αναστροφής άσπρου/μαύρου πίνακα

Ο πίνακας VA μπορεί να επιλεγεί μεταξύ μαύρο σε άσπρο και λευκό σε μαύρο.

Επιλέξιμη απόσταση διάθλασης

Η απόσταση εργασίας μπορεί να προ-επιλεχθεί από 2,5 έως 6m σε διαβαθμίσεις των 1 cm ή ίντσας, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε οιοδήποτε μεγέθους ιατρείο. Το μέγεθος εικόνας μπορεί να μειωθεί ή μεγεθυνθεί αντίστοιχα με την επιλεγμένη απόσταση εργασίας ώστε να διατηρείται η ίδια οπτική γωνία.

Η ίδια απόσταση εργασίας είναι επίσης επιλέξιμη ώστε να διευκολύνει ιατρεία με κάτοπτρα.

Ενσωμάτωση συστήματος

Ο πίνακας συστήματος NIDEK μπορεί

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ	ΟΧΙ	1
ΣΥΝΟΛΟ:				1