

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94905

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6366

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 05/10/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΣΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αντένα κρυοπηξίας μεταβλητού άκρου για κατάλυση νεοπλασμάτων

Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για να παρέχει πέντε ρυθμίσεις ισοθερμικού σημείου μέσω ενός ρυθμιζόμενου ολισθητήρα στη λαβή (χειροκίνητο επιλογή 5 σφαιρικών ρυθμίσεων "ice-ball" 1.5-2.5-3.0-4.0-5.0) επιτρέποντας την προσαρμογή του μήκους του πάγου.

Να διατίθενται με ευθεία ή κυρή εργονομική χειρολαβή χαμηλού βάρους ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή της.

Να διατίθεται σε διαμέτρους 2.4mm & μήκους 150mm

Να είναι σχεδιασμένες για την παροχή ψυχρών θερμοκρασιών (0 οC έως -40 οC) για κρυοεκτομή με χρήση αερίου αργού υψηλής πίεσης που να κυκλοφορεί μέσω του κρυοανιχνευτή, με μετέπειτα ενεργή απόψυξη με χρήση αερίου ηλίου.

Η δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης να περιορίζεται στο περιφερικό άκρο του στελέχους του ανιχνευτή.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42831	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΓΚΩΝ (λειτουργία βάσει ραδιοσυχνότητων)	33141200-2	1	

ΣΥΝΟΛΑ: 1