

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 94973

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6428

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 07/10/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως θερμοευσαίσθητες κεφαλές υπερήχων, θερμοκοιτίδες, monitors ασθενών, συσκευές ΜΕΘ ενηλίκων, παίδων, κ.ά.

- Να μην περιέχουν αλδεϋδες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.
 - Να περιέχουν μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, που πιστοποιημένα επιτυγχάνουν τουλάχιστον υψηλού βαθμού απολύμανση (π.χ υπεροξειδίο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ, κ.λπ) για μέγιστη ασφάλεια.
 - Να είναι δραστικά έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης καθώς και σπόρων του Clostridium difficile σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου απολυμαντικών συμπεριλαμβανομένου του EN 16615 για βακτηρίδια, μύκητες και μυκοβακτηρίδια.
Να είναι δραστικά έναντι C. auris
- να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο
- Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες (πχ. κεφαλές υπερήχων, κ.λπ) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών που το πιστοποιούν.
 - Τα μαντηλάκια να είναι κατασκευασμένα από μαλακό non woven υλικό, διαστάσεων 20X20cm περίπου με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο κατά την χρήση.
 - Κατά την διανομή να επιτρέπεται η μεμονωμένη χρήση ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της υγρασίας και της μη επιμόλυνση των υπολοίπων Να προσφέρονται σε

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52652	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		120	
ΣΥΝΟΛΑ:			120	