

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ECHO, ΤΕΣΤ Κ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συσκευή παρεντερικής χορήγησης υγρών/διαλυμάτων, φαρμάκων και λιπιδίων μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας Η συσκευή να διαθέτει:1. Φίλτρο 15μ μη εισροής αέρα στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου που να εμποδίζει την δίοδο φυσαλίδω αέρα προς τον σωλήνα χορήγησης και να αποφεύγονται οι εκ νέου εξαερώσεις της συσκευ μετά το άδειασμα του περιέκτη2. Βαθμονομημένο σωλήνα άντλησης από σιλικόνη3. Ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο συνδετικό κλιπ ασφαλείας για την τοποθέτηση στην αντλί το οποίο να παρέχει αυτόματη προστασία από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία4.Περιστρεφόμενη σύνδεση LuerLock, με αεραγωγό πώμα στο άκρ του σωλήνα5.Όγκο εξαέρωσης ? 22ml6.Μήκος 270-280 cm7. Αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LatexFree), ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHPFree), ανθεκτική στα λιπίδια και στην αλκοόλη, κατάλληλη για χρήση με ιατρικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας (που να επιτυγχάνει απόκλισης ακρίβειας χορήγησης ±3%) υπό πίεση (σύμβολο P στη συσκευασία) και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 96 ώρες8. Οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα και C Κατάλληλες για τις ηλεκτρονικές ογκομετρικές αντλίες με 1).Οθόνη: 3,5", ευανάγνωστη, χωρητικής αφής, με αριθμητικό πληκτρολόγιο, για άμεσε και ταχύτατες αλλαγές των παραμέτρων έγχυσης.2)Απόκλιση ακρίβειας χορήγησης: ± 3%. 3)Ρυθμός έγχυσης: 0,1-2.300 mL/hr. 4)Χορήγησης bolus έγχυσης με δύο τρόπους και με ρυθμό 0,1-2.300 ml/h. 5)Επίβλεψη του χορηγούμενου όγκου με 4 διαφορετικούς τρόπους 6) Ανίχνευση άδειου περιέκτη χωρίς τη χρήση αισθητήρα σταγόνων 7)Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία 11 ωρών με ρυθμό χορήγησης 25 ml/hr. Οι παραπάνω προδιαγραφές να πιστοποιούνται από επίσημα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46767	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ		1000	
ΣΥΝΟΛΑ:			1000	