ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7188
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2032
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 02/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ		ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	7131	ΜΟΝΙΤΟR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	ΟΧΙ	1
				ΣΥΝΟΛΟ:	1

Το MONITOR ασθενούς να είναι προηγμένης τεχνολογίας με οθόνη Αφής υψηλής ευκρίνειας με γωνία ανύψωσης 10 μοιρών (κλίση οθόνης) για να παρέχει καλύτερη ορατότητα και πιο άνετη γωνία θέασης για τα δεδομένα των ασθενών. Να είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά. Να μετρά και να απεικονίζει σε έγχρωμη οθόνη TFT 12,1" (800X600 pixels), τουλάχιστον με έως και (13) ταυτοχρόνως κυματομορφές.

Ταυτόχρονα να απεικονίζονται με ψηφιακές ενδείξεις όλες οι μετρούμενες παράμετροι . Να υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης μεγάλων ψηφίων για την παρακολούθηση των δεδομένων από μεγάλη απόσταση.

Το Monitor θα πρέπει να μπορεί να συνδέεται με δίκτυο, ενσύρματα και ασύρματα. (έξοδο για δίκτυο LAN, ασύρματο LAN, κεντρικό σταθμό, δίκτυο Ethernet) Ακόμη να μπορεί να συνδέεται με barcode scanner και network printer. Να περιέχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό, χαμηλής κατανάλωσης και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου αυτονομίας τουλάχιστον 4 ωρών για την χρήση του και ως φορητού. Το Μόνιτορ να διαθέτει χρωματικά κωδικοποιημένους συναγερμούς (alarm) για μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς. Να μπορεί να καταγράφει στη μνήμη του υπό μορφή Trend τα στοιχεία των τελευταίων 240 ωρών περίπου, καθώς και 2500 γεγονότα συναγερμών με τις σχετικές κυματομορφές τους, και περίπου 3000 μετρήσεις NIBP. Να αποθηκεύει πλήρεις κυματομορφές των τελευταίων 48 ωρών. Να μπορεί επιλεκτικά να δέχεται ενσωματωμένο καταγραφικό τριών (3) καναλιών με μεταβαλλόμενες ταχύτητες καταγραφής. Να μπορεί να δέχεται καλώδιο καρδιογραφήματος τριών ή πέντε απαγωγών με αυτόματη αναγνώριση. Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο για την βελτίωση της ακρίβειας και την αποφυγή των λάθος συναγερμών. Να χρησιμοποιεί σύστημα ψύξης fanless design (χωρίς ανεμιστήρα), το οποίο προσφέρει κρίσιμα πλεονεκτήματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον

Να έχει προστασία από απινιδώσεις. Να παρέχει ανάλυση αρρυθμίας, ανάλυση QT και ανάλυση S-T. Να μπορεί να απεικονίζει τον αριθμό αναπνοών του ασθενούς με εύρος 1-120rpm. Να μπορεί να μετρά αναίμακτη πίεση με την ταλαντομετρική μέθοδο, με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο και να παρέχει ανάλυση των μετρήσεων. Η μέτρηση να γίνεται γρήγορα και με ιδιαίτερη φροντίδα για τους υποτασικούς και υπερτασικούς ασθενείς.

Η μέτρηση του SpO2 να έχει ακρίβεια ±2% στο διάστημα 70-100%. Να έχει βαθμίδα μέτρησης θερμοκρασίας T1-T2 δύο καναλιών. Να διαθέτει βαθμίδα για μέτρηση καπνογραφίας CO2 με εύρους 0-20%. Να είναι μικρού βάρους έως 4 κιλών. Να διαθέτει απαραίτητα θέση για την αποθήκευση των καλωδίων και να έχει λαβή

για να μπορεί να μεταφέρεται. Η συσκευή να διαθέτει προστασία σε πτώσεις νερού (προστασία από στάξιμο), διασφαλίζοντας την αντοχή της σε τυχαίες διαρροές υγρών στο κλινικό περιβάλλον. Να παραδοθεί με μπαταρία, καλώδιο καρδιογραφήματος 3πολικό, αισθητήρα SpO2 ενηλίκων, περιχειρίδα ενηλίκων (τρία μεγέθη), αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος. Να δύνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών και κάλυψη

ανταλλακτικών τουλάχιστον για (10) έτη. Η συσκευή να παραδοθεί με τροχήλατη βάση στήριξης του ιδίου εργοστασίου. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας

EN ISO 9001 ή EN ISO 13485 η νεότερο με πεδίο πιστοποίησης στη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 η νεότερο με πεδίο πιστοποίησης στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO13485 καθώς και MDR και το προσφερόμενο είδος να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να διαθέτει CE mark (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδης αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.