**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259



**ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:** 95497
**Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:** 550
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:** 27/10/2026

# ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

## Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

## Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία
2. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του, να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι
3. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες
4. Να είναι συσκευασμένο σε πηνία και η συσκευασία να είναι τέτοια ώστε να προστατεύει το υλικό σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης
5. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο
6. Να μην αφήνει υπολείμματα συγκολλητικής ουσίας μετά την αφαίρεση της ταινίας
7. Να έχει την δυνατότητα να κόβεται εύκολα με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος και να μην αφήνει ελεύθερες ίνες
8. Η συγκολλητική ουσία της ταινίας να παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση
9. Να είναι υποαλλεργική και μην ερεθίζει και τις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες
10. Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
11. Να είναι αδιάβροχο και ακτινοδιαπερατό και κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO 10993 για την βιοσυμβατότητα με το δέρμα. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.
12. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενα ομοιόμορφα κολλητική μάζα η οποία δεν αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία
13. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση και να αφαιρούνται ανώδυνα
14. Να είναι εύχρηστο στη χρήση και να μην κολλάει στα γάντια
15. Να μην αποκολλάται εύκολα ακόμα και όταν βραχεί
16. Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής φαρμακοποιίας
17. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης , πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος , ημερομηνία παραγωγής του
18. Να υπάρξει δειγματισμός

## Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΥΨΗΛΗ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

## Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| 45095 | ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ (ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ) 5cm | | 3000 | |
| | | **ΣΥΝΟΛΑ:** | 3000 | |