ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95188
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6620
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 15/10/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΦΡΕΖΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 80.000 ΣΤΡΟΦΩΝ/ΛΕΠΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΕ ΡΟΕΣ 65, 80, 100 ML/ΛΕΠΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΚΡΑ (TUBES) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΡΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 1CM. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ TUBES. Ο ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕ BLUETOOTH ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ. Η ΚΟΝΣΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ TOUCH SCREEN. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΡΟΠΗΣ – ΣΤΡΟΦΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ), ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42187	ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΡΕΖΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ.Χ.		12	
		ΣΥΝΟΛΑ:	12	