ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95621
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 562
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 02/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ10, 8 PLY ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ 18 +/- 2 ΚΛΩΣΤΕΣ / CM2, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100
ΓΑΖΩΝ
(ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΑ: ΨΖ5Λ46ΜΨΙΦ-Σ7Δ)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
1. Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου
ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι υψηλής απορροφητικότητας, τελείως
λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης(σχίσματα,
παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή
εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία
(μηχανέλαια κλπ).Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη (
γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).
2. Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο
τύπο
του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003
Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
2. το είδος του περιεχομένου
3. η ημερομηνία παραγωγής
4. ο αριθμός παρτίδας
5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος)
6. Η σήμανση πιστότητας CE.Γ.Απαραίτητος δειγματισμός

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΥΨΗΛΗ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42053	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ10cm		200000	
		ΣΥΝΟΛΑ:	200000	