ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 95743
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7115
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 05/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20GΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΟΝ/ΟΓΓΜΗΚΟΥΣ 45mm

• Να είναι κατάλληλος για τον καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας για την συνεχή παρακολούθηση της αιματηρής αρτηριακής πίεσης και την λήψη δειγμάτων αερίων αρτηριακού αίματος.
• Να είναι 20G,μήκους 45mm, από PUR (πολυουρεθάνη)ή PTFE.
• Ναείναι Latex free, PVC free και DEHP free.
• Να είναι ακτινοσκιερός.
• Να διαθέτει διαφανές οπτικό παράθυρο ελέγχου της επιστροφής του αίματος για τον έλεγχο της θέσης του άκρου της βελόνης εντός του αυλού της αρτηρίας.
• Να φέρεται επί μεταλλικής βελόνης (extra-cath) με λοξότμηση για εύκολη και ατραυματικήαρτηριοκέντηση.
• Να μην προξενεί τραυματισμό της αρτηρίας κατά την αρτηριοκέντηση και την προώθηση του καθετήρα σε αυτήν.
• Ο καθετήρας να μην τσακίζει εύκολα κατά την προώθησή του στην αρτηρία.
• Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή 48-72 ώρες.
• Να διαθέτει διακόπτη ΟΝ/ΟΓΓ με κόκκινη χρωματική ένδειξη και ένδειξη βέλους θέσης ΟΓΓπρος την αρτηρία, ο οποίος να δίνει την δυνατότητα ενεργοποίησης με το ένα χέρι για την πρόληψη της διαφυγής αίματος, την ελάττωση της πιθανότητας έκθεσης του προσωπικού σε κίνδυνο μόλυνσης απότο αίμα και την πρόληψη της αρτηριακής εμβολής από παγιδευμένο αέρα.
• Να διαθέτει εργονομικά πτερύγια στήριξης με τουλάχιστον μία οπή σε κάθε πτερύγιο για την ασφαλή στερέωσή του.
• Να διαθέτει εξωτερικό άκρο σύνδεσης LuerLock για τη σύνδεση του καθετήρα με τα συστήματα μέτρησης της αρτηριακή πίεσης.
• Να είναι αποστειρωμένοι με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ). Να έχουν πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και διάρκεια αποστείρωσης πέντε (5) έτη.
• Να φέρονται σε ατομική συσκευασία από αδιάβροχο ενισχυμένο και ανθεκτικό στο σχίσιμο χαρτί στην μία πλευρά και μεμβράνη PVCστην άλλη πλευρά, ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα της ατομικής συσκευασίας κατά την αποθήκευση, αλλά και τ χρήση.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51936	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ		400	
		ΣΥΝΟΛΑ:	400	